

國立政治大學高壓滅菌鍋定期自動檢查表

使用單位：

財產編號：

型式及容量：

檢查日期： 年 月 日

1. 每年定期檢查一次
2. 本表須保存3年

分類	檢查部位	檢查內容	檢查方法	判定基準	判定結果	
					正常	異常
安全裝置	洩壓閥	動作	動作測試	能立即動作		
儀表	壓力計	指示	目視(或儀器校正)	讀數正常		
	溫度計	指示	目視(或儀器校正)	讀數正常		
容器	鍋蓋	外觀	目視	無變形、裂縫		
	鎖扣	功能	反覆測試	應確認上鎖時鍋蓋無法開啟		
	門墊圈	洩漏	運轉測試	無洩漏現象		
電源	電源	是否變更使用	目視	使用原設計之配電		
	電源	是否與其他電器共用	目視	單獨使用		
消防設備	滅火器	日期	目視	保存期限內		
	緊急照明	功能	動作測試	斷電時可立即啟動		
個人防護具	耐熱防護手套	功能	目視	無損傷		
	防護手套	功能	目視	無損傷		

檢查人 簽章		實驗室 負責人簽章		單位主管 核章	
-----------	--	--------------	--	------------	--